



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.20.000.М.000716.07.21 ОТ 14.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):  
условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению

Общество с ограниченной ответственностью "Ваш стоматолог", 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Калинина, д.38, этаж 1, помещение на поэтажном плане №3. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Ваш стоматолог", 619000, Пермский край, г.о. город Кудымкар, г. Кудымкар, ул. Калинина, д.38. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 2142-ЦА от 28.06.2021 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае". Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования 1724-ЦА от 28.06.2021г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае".



Заключение действительно до 14.07.2026 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3160433



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 59.55.20.000.М.000716.07.21 от 14.07.2021 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

Эксплуатация и хранение аппарата стационарного медицинского рентгеновского дентального интраорального прицельного цифрового "X GENUS" на одно рабочее место, зав. №324575/26566, год выпуска - 2011/год монтажа - 2021) в стационарном медицинском рентгеностоматологическом кабинете Общества с ограниченной ответственностью "Ваш стоматолог" по фактическому адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Калинина, д.38, этаж 1, помещение на поэтажном плане №3.

Технические характеристики:

- анодное напряжение - 60 - 70 кВ;
- анодный ток - 4 - 8 мА.

Ограничительные условия указаны в ведомственных инструкциях по радиационной безопасности.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

